

Nádoba na nastavenie a kalibráciu vlhkosti

kód: MD046



Príslušenstvo je určené na overenie meracej presnosti (kalibráciu) a nové nastavenie prístrojov snímajúcich relatívnu vlhkosť vzduchu. Relatívna vlhkosť je generovaná vo vzduchotesnej nádobe upevnenej na sonde relatívnej vlhkosti. Hodnota relatívnej vlhkosti závisí od chemického roztoku aplikovaného vo vnútri nádoby.

Pre použitie so štandardmi vlhkosti [HM023](#) 10 % RH a [HM024](#) 80 % RH.

Technické údaje