Akreditovaná kalibrácia vstavaného snímača teploty – ISO/IEC 17025

kód: SLU001



Akreditovanú kalibráciu prístroja so vstavaným snímačom teploty vykonáva externé akreditované kalibračné laboratórium. Služba zahŕňa vystavenie kalibračného certifikátu.

- akreditovaná kalibrácia podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- výsledky akreditovanej kalibrácie sú medzinárodne uznávané na základe dohôd EA MLA a ILAC MRA
- kalibrácia v 3 teplotných bodoch v rozsahu od −40 do +600 °C je zahrnutá v cene
- ďalšie kalibračné body a kalibrácia mimo štandardného rozsahu (až do −80 °C alebo do +1300 °C) sú k dispozícii za príplatok

Požadované kalibračné body musia byť uvedené v objednávke.
Ak nie sú uvedené žiadne kalibračné body, kalibrácia sa automaticky vykoná v štandardných bodoch 0 °C, +20 °C a +40 °C.

Kalibrácia prístrojov COMET – otázky a odpovede

Technické údaje