Príplatok za akreditovanú kalibráciu ďalšej teplotnej sondy – ISO/IEC 17025

kód: SLU009



Príplatok za akreditovanú kalibráciu každej ďalšej teplotnej sondy pripojenej ku kalibrovanému prístroju zahŕňa kalibráciu vykonanú externým akreditovaným kalibračným laboratóriom. Služba zahŕňa vystavenie kalibračného certifikátu.

- akreditovaná kalibrácia podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- výsledky akreditovanej kalibrácie sú medzinárodne uznávané na základe dohôd EA MLA a ILAC MRA
- kalibrácia v 1 teplotnom bode v rozsahu od −40 do +600 °C je zahrnutá v cene
- kalibrácia mimo štandardného rozsahu (až do −80 °C alebo do +1300 °C) je k dispozícii za príplatok

Požadované kalibračné body musia byť uvedené v objednávke.
Ak nie sú uvedené žiadne kalibračné body, kalibrácia sa automaticky vykoná v štandardných bodoch −20 °C, 0 °C a +20 °C.

Kalibrácia prístrojov COMET – otázky a odpovede

Technické údaje